

Middels dit schrijven willen wij u informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van registratieplicht voor het gebruik van röntgentoestellen en vergunningplicht voor het gebruik van Conebeam CT-toestellen.

Röntgensluiting door Inspectie ANVS

Recent is door de Inspectie van de ANVS bij twee mondzorgpraktijken het verdere gebruik van röntgentoestellen afgesloten omdat er geen vergunning was voor de aanwezige CBCT in de praktijk. De praktijk mag voorlopig tot nader order c.a. drie maanden geen röntgenopnamen meer maken. Totdat de vergunning is verleend en de inspraak termijn van 6 weken is verstreken.

Als er geen bewijs van registratie of vergunning is, is er sprake van onwettig gebruik van de toestellen.

Controleer of uw toestellen zijn geregistreerd!

De ANVS heeft een wettelijke termijn van maximaal 8 weken om uw aanvraag te beoordelen. Na goedkeuring begint een bezwaartermijn van 6 weken, waarbinnen burgers bezwaar kunnen maken tegen het plaatsen van radiologische toestellen in hun directe omgeving. Zolang de termijn van beoordeling en bezwaar loopt, dus gedurende die maximaal 14 weken, mag op de locatie waarvoor de registratie is aangevraagd geen radiologisch toestel geplaatst worden (laat staan gebruikt worden). Wij adviseren u dit pas te doen als de bevestiging van de registratie of vergunning in huis is.

Zet het registratie-vergunningsproces op tijd in gang:

Dat betekent dus dat startende tandarts-praktijkhouders in overleg met hun leverancier op tijd het registratie-vergunningsproces in gang moeten zetten alvorens daadwerkelijk te starten met hun praktijkvoering.

Optie 1 Heeft u alleen röntgentoestellen (geen Conebeam CT)? Dan dient u die te registreren.

Optie 2 Heeft u ook een Conebeam CT toestel? Dan dient u een aanvraag voor een vergunning in.

Als u een vergunning aanvraagt voor een Conebeam CT-toestel dienen alle aanwezige röntgentoestellen in de aanvraag te worden meegenomen, ook als daarvoor al een registratie heeft plaatsgevonden. De reeds geregistreerde toestellen mogen tijdens de vergunningaanvraag procedure wel gebruikt worden. Er moet voorafgaand aan de plaatsing van de Conebeam CT een nieuwe risico inventarisatie opgemaakt worden, deze maakt onderdeel uit van uw vergunningsaanvraag.

Houdt u er rekening mee dat u als ondernemer / praktijkeigenaar te alle tijden eindverantwoordelijk bent voor de totale stralingsbescherming in de praktijk. Overtreding wordt door de ANVS beschouwd als een economisch delict en is dus strafbaar.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met:

Willeke Baas, Stralingsdeskundige

w.baas@dentalair.nl

06-54310616